


Beschriftung

Probengefäße sind richtig etikettiert wenn:

- Eine freie Sicht auf den Inhalt gewährleistet ist
- Die Kontrolle des Füllstandes möglich ist
- Der Schraubverschluss ungehindert zu entfernen ist
- Röhrchen und Etikett sich in der Zentrifuge nicht verklemmen oder verkleben



Scanner kann nur auf einen Blick lesen, nicht rundum.