Informations importantes concernant le flacon BD SurePath™

Le flacon BD SurePath™ est équipé d'un dispositif qui facilite la séparation de la tête de la brosse. Grâce à la tête détachable (Rovers Cervex-Brush), le 100 % des cellules prélevées par frottis arrive au laboratoire pour analyse. Le BD SurePath™ peut être utilisé comme d'habitude avec le PrepMate.

Procédure pour le prélèvement de l'échantillon :



1. Prélever l'échantillon

Effectuer le frottis cervico-vaginal (selon les indications du fabricant de l'instrument).



2. Séparation

Insérer la tête de brosse dans la grande ouverture du flacon BD SurePath™. En tournant la tige, celle-ci se sépare de la tête de brosse.

3. Envoyer

Fermer le flacon BD SurePath™ et **coller le code-barres SYNLAB verticalement sur l'échantillon**. Envoyer le récipient accompagné du nouveau formulaire de commande Pathologie rempli, au laboratoire SYNLAB.

© SYNLAB

1700 Fribourg
Rue Hans-Geiler 6
T 026 321 11 23
F 026 322 11 36

1205 Genève
Av. de la Roseraie 72
T 022 704 07 04
F 022 704 07 10

1272 Genolier
Route du Muids 3
T 022 366 91 15
F 022 366 91 98

1018 Lausanne
Ch. d'Entre-Bois 21
T 021 641 61 00
F 021 641 61 01

2000 Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 81
T 032 729 99 70
F 032 729 99 71